

Klinikk for diagnostikk
Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Bytte av leverandør for analyse/prøvetakingsutstyr for seksuelt overførbare sykdommer (Klamydia, gonoré, Mycoplasma genitalium).

Fra og med 28.09.20 bytter vi til Abbott som leverandør for PCR-undersøkelse for seksuelt overførbare sykdom.

Prøvetakning må deretter skje ved hjelp av Abbotts prøvetakingsutstyr (Alinity m multi-collect - AK). Kittet brukes både til penselprøver fra vagina/cervix/urethra og til urinprøver. Den medfølgende pipetten brukes til å fylle urin på prøverøret opp til nivå med målevinduet på glasset. Ved bruk av pensel skal den settes ned i røret og knekkes på knekkpunkt før korken skrues på med penselen stående i røret.

Etter endring av leverandør vil det være mulig å undersøke bare for klamydia/gonoré for de pasientene hvor det ikke er indikasjon for å undersøke for Mycoplasma genitalium.



Mvh

Einar Nilsen
Overlege/avd.sjef.
Molde 17.09.2020